



C3 Schedule of detailed requirement

Invitation to Bid No.:

Item	PEA Material No.	Quantity	Description
------	------------------------	----------	-------------

เอกสารเพิ่มเติม 1 แนบท้าย Specification No.: RTES-169/2552

THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS)

(ADDENDUM 1)

เอกสารเพิ่มเติม 1 (ADDENDUM 1) นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคที่เอกสารนี้ได้แนบอยู่ด้วย

ยกเลิกรายละเอียดของข้อกำหนดทางเทคนิคเลขที่ RTES-169/2552 THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) ตามที่ระบุไว้ในหน้า 6 ข้อ 1.8 โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1, เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีคุณลักษณะเป็นไปตาม “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์” ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด (ตามรายการที่ 7 หน้า 5) พร้อมชุดเก้าอี้และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่มีความเหมาะสมสำหรับติดตั้งใช้งานร่วมกับรายการที่ 2
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 ชุด (ตามรายการที่ 52 หน้า 24)
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (ตามรายการที่ 70 หน้า 29) กำหนดเป็น Microsoft Windows Pro รุ่นล่าสุด ที่รองรับภาษาไทย และในกรณีที่มี Service Pack จะต้องจัดหาและติดตั้งมาให้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล, เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เสนอมาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Specification No.: RTES-169/2552 THREE PHASE METER TEST STATION

Page 1 of 1

C3 Schedule of detailed requirement

Invitation to Bid No.:

Item	PEA Material No.	Quantity	Description
------	------------------------	----------	-------------

เอกสารเพิ่มเติม 2 แนบท้าย Specification No.: RTES-169/2552

THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS)

(ADDENDUM 2)

เอกสารเพิ่มเติม 2 (ADDENDUM 2) นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคที่เอกสารนี้ได้แนบอยู่ด้วย

1. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาฯ กับ กฟภ. จะต้องดำเนินการสอบเทียบ THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) ให้กับ กฟภ. อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกัน 3 ปี ตามที่ได้รับแจ้งจาก กฟภ. โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการดำเนินการส่งสอบเทียบให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งคืน กฟภ. ภายในระยะ 4 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กฟภ. และจะต้องส่งสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025 เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น